



SHOWA BEST GLOVE

INDUSTRIAL SCIENTIFIC

QUITO: Mariano Pozo N73-77 (Ponciano Alto) Telefax: (593) 22804922 / 22804228  
 GUAYAQUIL: Ciudadela Albatros, Mz 8, Villa 6, Telefax: (593) 42296728

## CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Cliente: INDUSTRIAL ALS

**N° 00888**

Descripción del Equipo: MULTIGAS MX6

Fabricante: INDUSTRIAL SCIENTIFIC

N° DE Serie: 130935W-001

Sistema Fijo:

Sistema Portátil:

Condiciones ambientales del laboratorio: HR: 45% Temp.: 24,4 °C

### CALIBRACIÓN DE ALARMAS:

Oxígeno	Tóxico 1	Lo	TWA	Tóxico 2	Lo	TWA
Lo	HI	STEL		HI	STEL	
Hi						
Combustible	Tóxico 3	Lo	100 ppm TWA 100 ppm	Tóxico 4	Lo	TWA
Lo	PID	HI	200 ppm STEL 200 ppm	HI	HI	STEL
Hi						

### CALIBRACIÓN CON GASES: (Aprobados N.I.S.T)

SENSOR A SER CALIBRADO			RESPUESTA DEL SENSOR (SPAN)	VALOR ESTIMADO DE CALIBRACIÓN (Set Point)	CILINDRO DE CALIBRACIÓN		RESULTADO DE CALIBRACIÓN	
SENSOR	GAS USADO	SPAN GAS			N° PARTE FABRICANTE	N° LOTE (N.I.S.T)	PASA	NO PASA
N° SERIE								
OXIGENO								
COMBUSTIBLE								
TOXICO 1								
TOXICO 2								
TOXICO 3	ISOBUTILENO	100ppm	202,8	100	18102939	1411696	X	
01002892					ISC			
TOXICO 4								

Validez del Certificado: 6 MESES

Lugar y Fecha de Emisión: Quito, 14-02-18

Comentarios: Ninguno

LABORATORIO EMR

Realizado por: BYRON GAMBOA

Recibido por:

INDUSTRIAL ALS